

Cerrahi El Aletlerinin Kare Kod ile İşaretlenmesinin Sterilizasyon Süreçleri ve Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sıklığı Üzerine Etkisi

Effects of QR Code Marking of Surgical Instruments on Sterilization Processes and the Incidence of Surgical Site Infection

EK DOKÜMANLAR 2

SUPPLEMENTARY APPENDIX 2

İnan M, Taş A, Güdücüoğlu H, Yuluğkural Z, Süt N. [Effects of QR code marking of surgical instruments on sterilization processes and the incidence of surgical site infection]. Klimik Derg. 2026;39(2):90–7. Turkish. DOI: [10.36519/kd.2026.5378](https://doi.org/10.36519/kd.2026.5378)

Ek dokümanlarda verilen tablo ve şekiller, okuyuculara çalışma hakkında ayrıntılı bilgi vermek için yazarlar tarafından sağlanmıştır.

The authors provide the tables and figures in the supplementary appendix to give readers detailed information about the study.

Ek 2 - Ameliyathane Takip Formu

Tarih:

AMELİYATHANE SETİ/BOHÇASI/PAKETİ DEĞERLENDİRME FORMU

Paketleme hatası saptanmadı

a. Hemşire deneyimi

1 yıldan az 1-5 yıl 5-10 yıl 10 yıldan fazla

b. Setin ait olduğu masa adı

Genel Cerrahi

Ortopedi

Kadın Doğum

Beyin Cerrahisi

Üroloji

KBB

Kalp Damar Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Plastik Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

c. Çalışma saatleri

08-12 12-16 16-20 20-08

d. Paketle ilgili hatalar

Paketin üstünde masanın etiketi yok

Paketin üstünde masa etiketi var ama yanlış

Endikatör yok

Açık paket

Delik paket

Hasarlı paket

Paket olmaması gereken bir paketleme malzemesiyle yapılmış

e. Sterilizasyonu şüpheli paket

Paketin steril olduğuna dair şüphe var

Gerekçe yazınız:

f. Paket kutusu ve kapak uyumsuzluğu

- Set olması gerekenden başka bir konteynere/kutuya konulmuş
 Konteyner/kutu kapağı yanlış

g. Enstrüman eksik/Fazla

- Sette olması gereken alet yok
 Sette olmaması gereken alet var

h. Enstrüman arızası

- Sağlam gönderilen alet setin içinden bozuk olarak çıktı

i. Enstrüman yanlış spesifikasyonda

- Sette olmaması gereken, başka bir sete ait cisim/alet bulundu

Ad ve soyadı:

İmza:.....